調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号	６５４５－１０１－１０８１－５	仕　様　書　番　号	
収納箱，医療セット用，７５式		ＧＭ－Ｔ１０６６９２Ｅ	
		作　成	平成１０年１２月１７日
		変　更	平成２５年１２月１２日
		作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の収納箱（以下，“本品”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ Ｇ ３１４１	冷間圧延鋼板及び鋼帯
ＪＩＳ Ｈ ４０００	アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
ＮＤＳ Ｚ ８０１１	角形銘板
ＮＤＳ Ｚ ８２０１	標準色

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　外観・塗装

外観及び塗装は，次による。

a) 外観は，きず，汚れなどがなく，仕上げが良好なものとする。

b) 収納箱の色は，ＮＤＳ Ｚ ８２０１の２３１４（ＯＤ色 ７．５Ｙ３/１）を標準とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a) 製品の表示は，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ Ｚ ８０１１による１種銘板を表示する。

b) １種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6 その他の指示

6.1 表示

6.1.1 赤十字標章

赤十字標章は，次による。

a) 赤十字標章（大）を収納箱上面の中央部に，赤十字標章（小）を収納箱両側面，前面及び後面の中央部に表示するものとする。

b) 赤十字標章の形状及び寸法は，**図1**及び**図2**による。



図1－赤十字標章（大）の形状・寸法



図2－赤十字標章（小）の形状・寸法

6.1.2 物品番号及び品名

物品番号及び品名は，次による。

a) 収納箱上面の赤十字標章から収納箱上端までの上部余白中央部に物品番号を表示するものとする。

b) 収納箱上面の赤十字標章から収納箱下端までの下部余白中央部に品名を表示するものとする。

c) 文字の色は，黒色とし，物品番号は，ＭＳＰゴシック，１４０ポイント，品名は，ＭＳＰゴシック，１２０ポイントで表示するものとする。

d) 調達要領指定書によって指定する場合を除き，ペンキ又はエナメルを用い，吹き付け又はすり込みによって明瞭に表示するものとする。

e) 物品番号及び品名は，**表2**によるものとし，調達要領指定書によって指定する。

表2－物品番号及び品名

番号	品　名	物品番号
1	７５式野外医療セット（救急セット）	６５４５－１００－６９０７－５
2	７５式野外医療セット（治療セット）	６５４５－１００－６９０８－５

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a) 取扱説明書（日本語版）　　１部

b) 附属品明細表（様式適宜）　　１部

c) 納入品カタログ　　１部

6.2.2 提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表3**による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略できるものとする。

表3－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	１部	陸上自衛隊　補給統制本部　衛生部
附属品明細表（様式適宜）			
納入品カタログ			

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	GM－T１０６６９２E
調達要求年月日		作成年月日	平成２５年１２月１２日
物品番号等	６５１５－１０１－１０８１－５	作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a)]
収納箱	フジコーワ工業㈱　医療セット収納用アルミ製収納箱ＡＳＲシリーズ ＡＳＲ－６４２０ ㈱石川トランク製作所　医療セット用アルミ収納箱　ＢＲ－００１ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　構成

物品番号	名称	数量
６５４５－１００－６８７６－５	収納箱	1
６５４５－１００－６８７７－５	中だな，収納箱用，７５式	1
６５４５－１００－６８７８－５	仕切，中だな用，７５式	1
―	中仕切り板	1
―	支柱大	4
―	支柱小	4

3　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　本品は，**ＪＩＳ Ｈ ４０００**のＡ５０５２Ｐに適合するアルミニウム板（板厚は１．２ｍｍとする。）を材料とする。

b)　本品の止め金具は，**ＪＩＳ Ｇ ３１４１**のＳＰＣＣに適合する鋼板を材料とする。

c)　本品の“仕切，中だな用，７５式”は，アルミニウムと樹脂の積層板（厚さ３ ｍｍとしアルミニウム押し出し形材を除く。）を材料とする。

d)　本品は，長辺の角を丸くした長丸型とする。

e)　本品は，“収納箱”，“中だな，収納箱用，７５式”，“仕切，中だな用，７５式”，“支柱大”及び“支柱小”によって，３段に組み立てられるものとする。

f)　中だなには，５箇所に中仕切りホルダを設け３枚以上の“中仕切り板”を有するものとする。

g)　収納箱の外寸は，Ｌ（Ｗ）６７０ ｍｍ×Ｄ（Ｗ）４００ ｍｍ×Ｈ２００ ｍｍとする。

h)　組立て時の寸法は，次による。

調達品目表（続き）

単位　ｍｍ